

Warszawa, 10.10.2013

MHZZP/685/10/2013

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania poczty i bagażu w Muzeum Historii Żydów Polskich”, numer postępowania MHZZP/20/2013.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1:**

Wymóg dotyczący maksymalnej szerokości tunelu kontrolnego „600 mm” (pkt 1 tabeli w Zał. 1 do SIWZ) praktycznie wyklucza możliwość oferowania urządzeń o tunelu większym, niż 50 x 30 cm, ponieważ w większych urządzeniach tunel ma szerokość 620 mm i pozwala na kontrolę obiektów o szerokości 615 mm. Nie zastosowano tego ogranicznika w przypadku wysokości tunelu kontrolnego. Żeby istniała możliwość oferowania urządzeń o większym tunelu kontrolnym, niż 50 x 30 cm, wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego maksymalnej szerokości tunelu kontrolnego na 650 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2:**

W pkt 18 tabeli z Zał. 1 do SIWZ wymagają Państwo, aby urządzenie umożliwiała powiększenie obrazu (zoom) minimum w zakresie: x1 - x50. Technologicznie zastosowanie tak dużego powiększenia zmniejsza czytelność obrazu, na ekranie pojawiają się jedynie powiększone poszczególne piksele. Tylko jeden z producentów urządzeń do kontroli rentgenowskiej stosuje tak duże powiększenie, którego w praktyce operatorzy nie używają. Wnosimy o zmianę powyższego zapisu na „zoom ciągły do x16”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt 18 tabeli dotychczasowa treść w brzmieniu:

L.p.	Parametry	Opis wymaganych parametrów
18	Powiększanie obrazu (zoom)	Minimum w zakresie: x1-x50

otrzymuje brzmienie:

L.p.	Parametry	Opis wymaganych parametrów
18	Powiększanie obrazu (zoom)	Minimum w zakresie: x1-x16

W załączniku nr 7 do SIWZ „Wzór specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia” w pkt 18 tabeli dotychczasowa treść w brzmieniu:

L.p.	Wyszczególnienie	Parametry wymagane	Parametry oferowanego urządzenia
18	Powiększanie obrazu (zoom)	Minimum w zakresie: x1-x50	

otrzymuje brzmienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Parametry wymagane	Parametry oferowanego urządzenia
18	Powiększanie obrazu (zoom)	Minimum w zakresie: x1-x16	

Ponadto, w związku z powyższymi zmianami SIWZ, Zamawiający informuje, iż dokonuje, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - w Rozdziale 11 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”

dotychczasowa treść w brzmieniu:

- 2. Termin składania ofert: do 03.10.2013 r. do godz. 12:00.
- 4. Termin otwarcia ofert: 03.10.2013 r. do godz. 12:15.

otrzymuje brzmienie:

- 2. Termin składania ofert: **do 04.10.2013 r.** do godz. 12:00.
- 4. Termin otwarcia ofert: **04.10.2013 r.** do godz. 12:15.

Wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

**Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma.**